

LOTTO UNICO - Fornitura e noleggio di sistemi diagnostici per esami emocoltura

VALUTAZIONE QUALITATIVA OFFERTE TECNICHE *Allegato E1*

CRITERI, SUB CRITERI E RELATIVI PUNTEGGI		MAX PUNTI 70			
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
	A) Utilizzo versatile del flacone			10	
	SUB CRITERI				
A1	Capacità del flacone di analizzare liquidi biologici sterili diversi dal sangue, senza l'aggiunta di ulteriori sostanze	si/no	10		
	TOTALE PUNTI		10		
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
	B) Caratteristiche strutturali del flacone			5	
	SUB CRITERI				
B1	Flacone dotato di tacche graduate al fine di agevolare il prelievo	si/no	5		
	TOTALE PUNTI		5		
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
	C) Materiale di fabbricazione dei flaconi			4	
	SUB CRITERI				
C1	Fornitura di flaconi in materiale infrangibile	si/no	4		
	TOTALE PUNTI		4		
	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
	D) Immissione ritardata dei flaconi nello strumento			6	
	SUB CRITERI				

D1	Capacità di immissione ritardata dei flaconi nello strumento. Numero ore dopo l'inoculo: > 24 ore ≤ 30 ore = 2 punti > 30 ore ≤ 36 ore = 4 punti > 36 ore ≤ 48 ore = 5 punti > 48 ore = 6 punti	tabellare	6		
TOTALE PUNTI			6		
CRITERIO DI VALUTAZIONE		Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
E) Maggior numero di classi di antibiotici rimossi dalle resine				12	
SUB CRITERI					
E1	Maggior numero di classi di antibiotici rimossi dalle resine. Numero classi di antibiotici rimossi: > 2 ≤ 4 classi = 3 punti > 4 ≤ 6 classi = 6 punti > 6 classi = 12 punti	tabellare	12		
TOTALE PUNTI			12		
CRITERIO DI VALUTAZIONE		Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
F) Mantenimento ottimale delle temperatura interna dello strumento durante le fasi di carimento e scaricamento dei flaconi				7	
SUB CRITERI					
F1	Dichiarata capacità dello strumento di mantenere la temperatura interna nonostante il carimento e lo scaricamento di flaconi	si/no	7		
TOTALE PUNTI			7		
CRITERIO DI VALUTAZIONE		Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
G) Numero ridotto di interventi annui di manutenzione ordinaria				4	
SUB CRITERI					

G1	Minor numero di interventi annui di manutenzione ordinaria. Numero di interventi annui: 1 intervento annuo = 4 punti 2 interventi annui = 2 punti > 2 interventi annui = 0 punti	tabellare	4		
TOTALE PUNTI			4		
CRITERIO DI VALUTAZIONE					
		Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
H)				4	
Fasce d'intervento migliorative di supporto specialistico telefonico					
SUB CRITERI					
H1	Impegno a fornire supporto specialistico telefonico nei giorni di sabato e domenica dalle 8:00 alle 20:00	si/no	4		
TOTALE PUNTI			4		
CRITERIO DI VALUTAZIONE					
		Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
I)				5	
Ingombro ridotto del sistema diagnostico					
SUB CRITERI					
I1	Dimensioni ridotte del sistema diagnostico	discrezionale	5		
TOTALE PUNTI			5		
CRITERIO DI VALUTAZIONE					
		Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
J)				6	
Impegno a fornire assistenza tecnica da remoto					
SUB CRITERI					
J1	Impegno a fornire assistenza tecnica da remoto	si/no	6		
TOTALE PUNTI			6		
CRITERIO DI VALUTAZIONE					
		Tipo risposta	Punteggio massimo sub criteri	Punteggio massimo criteri	Soglia idoneità
K)				7	
Valutazione del rapporto brodo di coltura/campione raccolto					

	SUB CRITERI				
K1	Dichiarata capacità di valutare il corretto rapporto brodo di coltura/campione biologico: - valutazione manuale = 3 punti - valutazione automatizzata, tramite strumento = 7 punti	tabellare	7		
	TOTALE PUNTI		7		
	PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE		70		