



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari  
Provincia Autonoma di Trento



**Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario - APSS**

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

Tel. 0461.496839

spgc-apss@pec.provincia.tn.it

**SITO INTERNET**Trento, **12 GEN. 2018**

PUBBLICATO IL 12.01.2018

Prot. n. PAT/RFSPGAS (da citare nella risposta) 19306

Cl. 3.5

Fasc. 1136 - 2017

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, suddivisa in nove lotti, per l'affidamento della fornitura quadriennale di guanti monouso, occorrenti all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

**NOTA DI CHIARIMENTO**

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da operatori economici interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

**Quesito 1**

La tabella riepilogativa relativa all'attribuzione punteggi evidenzia la possibilità di ottenere n. 1 punto nel caso in cui venga presentato il CE come DPI per tutti i lotti. Si chiede di confermare che la presentazione di tale certificato è facoltativo per tutti i lotti ad eccezione del lotto n. 2 per il quale invece tale documentazione è obbligatoria.

**Risposta**

Si rammenta che, nell'attività di attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche, la possibilità di ottenere n. 1 punto relativamente alla certificazione DPI 89/686/CEE vale per tutti i lotti ad eccezione del lotto n. 2. Solo per il lotto n. 2, quindi, tale requisito è considerato caratteristica tecnica essenziale, così come stabilito nel punto 4 delle "caratteristiche tecniche essenziali generali" del Capitolato Tecnico.

## Quesito 2

In riferimento al punto 5m della Vs. scheda tecnica ovvero "Resistenza alla trazione ASTM D412" si precisa che tale normativa non risulta essere specifica per i guanti ad uso medicale ma generica.

Si chiede di poter allegare le certificazioni specifiche per singole tipologie di guanti: ASTM D5250 (VINILE); ASTM D3578 (LATTICE DA ESAMINAZIONE); ASTM D3577 (CHIRURGICI); ASTM D6319 (NITRILE);

### **Risposta**

*Si conferma tale possibilità, purché i guanti siano stati testati secondo la normativa ASTM D412 e le suddette certificazioni riportino i dati di cui al punto 5m) della "Scheda descrittiva del dispositivo medico", allegata sub I al Bando di gara.*

## Quesito 3

Per quanto riguarda il punto 6) "Presenza polvere ASTM D6124" si chiede di poter presentare il certificato mediante normativa ISO 21171:2006 (PUNTO 5.2 DELLA NORMA UNI EN 455 PARTE 3) in quanto specifica per i guanti secondo normativa Europea.

### **Risposta**

*Si conferma tale possibilità alternativa di standard, purché siano comunque presenti i dati di cui al punto 6) della "Scheda descrittiva del dispositivo medico", allegata sub I al Bando di gara.*

## Quesito 4

Si chiede di allegare il modello DGUE in formato editabile.

### **Risposta**

*Il modello del DGUE allegato al Bando di gara, e pubblicato sulla pagina web del profilo di committente dedicata alla presente procedura, è in formato pdf editabile.*



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Procedure di Gara in Ambito Sanitario -APSS

- dott. Luciano Bocchi -

In nome e per conto di APAC - ex concessione di data 28/10/2015

Il sostituto  
dott. Massimiliano Possamai