PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 17 DELLA L.P. 2/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO E PLURIUSO PER L'INCONTINENZA E PER L'IGIENE PERSONALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA – RSA OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 39 BIS DELLA L.P. N. 23/1990 E DELL'ART. 39 BIS, COMMI 2 BIS E 3, DELLA L.P. N. 3/2006.

LOTTO 1: DISPOSITIVI PER INCONTINENZA. CIG 66411545A6

LOTTO 2: PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE. CIG 66411946A8

ALLEGATO C

- PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE -

LOTTO 1 - DISPOSITIVI MONOUSO E PLURIUSO PER L'INCONTINENZA

OFFERTA TECNICA

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione Giudicatrice sarà redatto apposito verbale, contenente le motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle eventuali inidoneità comportanti esclusione delle offerte dalla gara.

Per consentire il lavoro della Commissione Giudicatrice il concorrente è tenuto a consegnare con le modalità stabilite dal Bando di gara idonea campionatura per le procedure della Commissione, per tipologia e quantità.

Inoltre, i sorteggi e le prove pratiche saranno documentate anche da riprese video.

1.1 PROVE PRATICHE

La scelta dei prodotti da testare spetta alla Commissione tecnica che provvederà a sorteggiare i campioni (diversi per modello, livello di assorbenza e taglia) su cui verranno effettuate le prove per ciascun concorrente. Non sono previste prove in reparto. I punteggi dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

A) Pannolino sagomato tipo assorbente

Verrà sorteggiato il livello di assorbenza del pannolino sagomato tipo assorbente.

1. **Facilità di identificazione dell'ausilio nelle varie fasi di utilizzo – 1 max;**

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Valutare che l'identificabilità dell'ausilio sia agevole sia per quanto attiene al livello di assorbenza che per la taglia (con riferimento a: scatolone multi confezione, confezione, pannolino singolo piegato).

2. **Design funzionale, comfort, morbidezza, rispetto dell'integrità cutanea – 1 max**

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Valutare il design funzionale, il comfort degli elastici contenitivi; utilizzando il tatto, verificare la morbidezza ed il comfort del rivestimento del materassino e delle superfici, la presenza di rugosità e/o increspature e/o saldature fastidiose nei punti di assemblaggio (es. rivestimento esterno). Ripartizione dei punti: 0,40 max per il comfort degli elastici contenitivi, 0,30 max per morbidezza e confort del materassino e delle superfici e 0,30 max per assenza di rugosità e/o increspature e/o saldature fastidiose.

B) Mutandine elastiche riutilizzabili

La valutazione della mutandina elastica, necessaria alla applicazione del pannolino sagomato (la qualità della mutandina è fondamentale per il buon funzionamento del sistema “due pezzi”. Prese cinque mutande per ogni concorrente (n° cinque taglie):

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Valutare la morbidezza, soprattutto in corrispondenza del giro coscia e del girovita. Valutare l’elasticità e dell’idoneità a fissare correttamente il sagomato a contatto del corpo dell’incontinente. Ripartizione dei punti: 1 max per la morbidezza, 1 max per elasticità/idoneità al contatto.

C) Pannolini fisioanatomici

1. **Asciutto superficiale – 1 max;**

Verrà sorteggiato il livello di assorbenza del pannolino fisioanatomico.

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Per ciascun ausilio, dovrà essere utilizzato un quantitativo d’acqua variabile in relazione al presidio sorteggiato come da tabella che segue; tempo prova: 1 ora. Utilizzando un piccolo imbuto (velocità circa 15 ml/sec), effettuare quattro versamenti al centro del materassino intervallati da un'attesa di 15 minuti. Dopo il quarto versamento attendere ancora 15 minuti, quindi verificare l'asciutto di superficie: posizionare sul materassino 10 fogli di carta assorbente (tipo salvietta in carta per igiene) e sopra un peso da 5 kg. Attendere 1 minuto, rimuovere peso e carta e contare i fogli bagnati. Attribuire 0,1 punti per ogni foglio asciutto.

Livello di assorbenza	**Quantità d’acqua**
Incontinenza diurna	150mlx4
Incontinenza notturna	200mlx4
Incontinenza pesante notturna	250mlx4

2. **Capacità di assorbimento – 1 max;**

Verrà sorteggiato il livello di assorbenza del pannolino fisioanatomico.

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Presa una brocca graduata contenente acqua versare il liquido nel centro del prodotto, utilizzando l'imbuto per rendere costante il flusso. Fermarsi non appena si verifica una perdita al di fuori dell'ausilio. Attribuire il punteggio come da seguente tabella:

Livello di assorbenza	**Quantità d’acqua**	**Punteggi per decilitro (fraz. di punto)**
Incontinenza diurna	**800ml**	**1/8**
Incontinenza diurna pesante	**1000ml**	**1/10**
Incontinenza notturna	**1300ml**	**1/13**

Incontinenza pesante notturna	**1500ml**	**1/15**

3. Facilità di identificazione dell'ausilio nelle varie fasi di utilizzo – 1 max;

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Valutare che l'identificabilità dell'ausilio sia agevole sia per quanto attiene al livello di assorbenza che per la taglia (con riferimento a: scatolone multi confezione, confezione, pannolino singolo piegato). Valutare la presenza, la visibilità e la funzionalità dell'indicatore di cambio. Valutare l'efficacia dell'indicatore di cambio nella fase di prova della capacità di assorbimento. Ripartizione dei punti: 0,50 max per identificabilità del prodotto e 0,50 max per presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio.

4. Comfort, morbidezza, rispetto dell'integrità cutanea – 1 max

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Valutare il comfort delle barriere antiperdite e degli elastici al giro gamba; utilizzando il tatto, verificare la morbidezza ed il comfort del rivestimento del materassino e delle superfici, la presenza di rugosità e/o increspature e/o saldature fastidiose nei punti di assemblaggio (es. rivestimento esterno). Ripartizione dei punti: 0,40 max per confort delle barriere e degli elastici, 0,30 max per morbidezza e confort del materassino e delle superfici e 0,30 max per assenza di rugosità e/o increspature e/o saldature fastidiose.

D) Pannolini a cintura

1. Asciutto superficiale – 7 max;

Verranno effettuati i seguenti sorteggi in sequenza:

- sorteggio tra la taglia S e la XL del pannolino a cintura (o modello sostitutivo), di seguito sorteggio per il livello di assorbenza;
- sorteggio tra la taglia M e la L del pannolino a cintura (o modello sostitutivo), di seguito sorteggio per il livello di assorbenza

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Per ciascun ausilio, dovrà essere utilizzato un quantitativo d'acqua[1] variabile in relazione al presidio sorteggiato come da tabella che segue; tempo prova: 1 ora. Utilizzando un piccolo imbuto (velocità circa 15 ml/sec), effettuare quattro versamenti al centro del materassino intervallati da un'attesa di 15 minuti. Dopo il quarto versamento attendere ancora 15 minuti, quindi verificare l'asciutto di superficie: posizionare sui materassini 10 fogli di carta assorbente (tipo salvietta in carta per igiene) e sopra un peso da 5 kg[2]. Attendere 1 minuto, rimuovere peso e carta e contare i fogli bagnati. Attribuire per ogni foglio asciutto 0,7 punti.

Livello di assorbenza	**Quantità d'acqua**
Incontinenza diurna	150mlx4
Incontinenza notturna	200mlx4
Incontinenza pesante notturna	250mlx4

2. Capacità di assorbimento – 7 max;

Verranno effettuati i seguenti sorteggi in sequenza:

- sorteggio tra la taglia S e la XL del pannolino a cintura (o modello sostitutivo), di seguito sorteggio per il livello di assorbenza;
- sorteggio tra la taglia M e la L del pannolino a cintura (o modello sostitutivo), di seguito sorteggio per il livello di assorbenza.

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Per ciascun ausilio, presa una brocca graduata versare nel centro del prodotto un quantitativo d'acqua variabile in relazione al presidio sorteggiato come da tabella che segue, utilizzando l'imbuto per rendere costante il flusso. Fermarsi non appena si verifica una perdita al di fuori dell'ausilio. Attribuire, per entrambe le prove il punteggio in tabella per ogni decilitro assorbito, quindi calcolare il punteggio medio.

Livello di assorbenza	Small			Medium			Large			XLarge		
Incontinenza diurna	**900**			**1100**			**1100**			**1200**		
Incontinenza notturna		**1100**			**1300**			**1300**			**1400**	
Incontinenza pesante notturna			**1300**			**1500**			**1500**			**1600**
Punteggi (fraz. di punto)	**7/9**	**7/11**	**7/13**	**7/11**	**7/13**	**7/15**	***7/11***	***7/13***	***7/15***	***7/12***	***7/14***	***7/16***

3. Stabilità e compattezza del materassino – 6 max;

Verranno effettuati i seguenti sorteggi in sequenza:

- sorteggio tra la taglia S e la XL del pannolino a cintura (o modello sostitutivo),
- di seguito sorteggio per il livello di assorbenza;
- sorteggio tra la taglia M e la L del pannolino a cintura (o modello sostitutivo), di
- seguito sorteggio per il livello di assorbenza.

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Per ciascun ausilio, versare 1,5 litri di acqua sul pannolino oggetto di prova anche in più fasi nel caso in cui la capacità di assorbenza non consentisse un'unica soluzione.

Versata l'acqua, aspettare 30 minuti, valutare la compattezza dei materassini eseguendo in sequenza le seguenti operazioni: premere con il palmo della mano aperta e valutare la consistenza, la coesione, la capacità di mantenere la forma e di sopportare pressione; a seguire, posizionare i pannolini su una superficie dura, esercitare delle pressioni in direzione longitudinale (come per simulare la permanenza da seduto) per approssimativamente 3 minuti; analizzare i materassini, prima all'esterno e poi, rimuovendo il rivestimento, all'interno per verificare gli elementi identificativi della stabilità e della compattezza.

Ripartizione dei punti: a ciascun modello assegnare 3 max per esito prova con palmo della mano e 3 max per esito simulazione prova da seduto. Il punteggio finale è calcolato in media.

4. **Comfort, morbidezza, rispetto dell'integrità cutanea – 8 max**

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Valutare il comfort delle barriere antiperdite e degli elastici al giro gamba; utilizzando il tatto, verificare la morbidezza ed il comfort del rivestimento del materassino e delle superfici, la presenza di rugosità e/o increspature e/o saldature fastidiose nei punti di assemblaggio (es. cintura/rivestimento esterno).

Ripartizione dei punti:

- a ciascun modello: 3 max per confort delle barriere e degli elastici, 3 max per morbidezza e confort del materassino e delle superfici e 2 max per assenza di rugosità e/o increspature e/o saldature fastidiose;
- ponderazione: modello taglia S 29,3%, modello taglia M 49,2%, modello taglia L 19,6%, modello taglia XL 1,9%.

5. **Design fisioanatomico e discrezione – 4 max;**

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Valutare la vestibilità dell'ausilio, in particolare, la capacità di adattarsi alla forma del corpo: adeguata sgambatura e sagomatura per consentire libertà di movimento, facilità e stabilità di posizionamento e sicurezza contro le perdite (design fisioanatomico). Silenziosità dei materiali ed ingombro limitato. Ripartizione dei punti:

- 3 max per design fisioanatomico e 1 max per silenziosità ed ingombri.
- ponderazione: modello taglia S 29,3%, modello taglia M 49,2%, modello taglia L 19,6%, modello taglia XL 1,9%

6. **Facilità di identificazione dell'ausilio nelle varie fasi di utilizzo – 4 max;**

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Valutare che l'identificabilità dell'ausilio sia agevole sia per quanto attiene al livello di assorbenza che per la taglia (con riferimento a: scatolone multi confezione, confezione, pannolino singolo piegato). Valutare la presenza, la visibilità e la funzionalità dell'indicatore di cambio. Valutare l'efficacia dell'indicatore di cambio nella fase di prova della capacità di assorbimento. Ripartizione dei punti:

- 3 max per identificabilità del prodotto e 1 max per presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio;
- ponderazione: modello taglia S 29,3%, modello taglia M 49,2%, modello taglia L 19,6%, modello taglia XL 1,9%

7. **Praticità del sistema di fissaggio – 4 max;**

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Verificare la praticità della chiusura a cintura: l'efficacia della tenuta del sistema di fissaggio, la sua elasticità, la possibilità di regolarne la tensione e la morbidezza del materiale. Valutare la facilità d'apertura (anche in autonomia da parte dell'utente) della cintura stessa e, infine, verificare il mantenimento delle caratteristiche suddette anche dopo successive aperture/chiusure.

Ripartizione dei punti:

- 2 max per l'efficacia della tenuta del sistema di fissaggio, la sua elasticità, la possibilità di regolarne la tensione e la morbidezza del materiale
- 2 max per facilità d'apertura e mantenimento delle caratteristiche;

con la ponderazione come segue: modello taglia S 29,3%, modello taglia M 49,2%, modello taglia L 19,6%, modello taglia XL 1,9%.

E) Pannolino mutandina

Verrà sorteggiata taglia e livello di assorbenza del pannolino mutandina.

1. Facilità di identificazione dell'ausilio nelle varie fasi di utilizzo – 1 max;

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Valutare che l'identificabilità dell'ausilio sia agevole sia per quanto attiene al livello di assorbenza che per la taglia (con riferimento a: scatolone multi confezione, confezione, pannolino singolo piegato). Valutare la presenza, la visibilità e la funzionalità dell'indicatore di cambio. Ripartizione dei punti: 0,5 max per identificabilità del prodotto e 0,5 max per presenza e funzionalità dell'indicatore di cambio.

2. Design funzionale, comfort, morbidezza, rispetto dell'integrità cutanea – 2 max

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Valutare il design funzionale, il comfort delle barriere antiperdite e degli elastici al giro gamba; utilizzando il tatto, verificare la morbidezza ed il comfort del rivestimento del materassino e delle superfici, la presenza di rugosità e/o increspature e/o saldature fastidiose nei punti di assemblaggio (es. rivestimento esterno). Ripartizione dei punti: 0,8 max per confort delle barriere e degli elastici, 0,6 max per morbidezza e confort del materassino e delle superfici e 0,6 max per assenza di rugosità e/o increspature e/o saldature fastidiose.

F) Mutandina assorbente monouso per persone parzialmente incontinenti – tipo pull up –

Verrà sorteggiata taglia e livello di assorbenza della mutandina assorbente.

1. Facilità di identificazione dell'ausilio nelle varie fasi di utilizzo – 1 max;

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Valutare che l'identificabilità dell'ausilio sia agevole sia per quanto attiene al livello di assorbenza che per la taglia (con riferimento a: scatolone multi confezione, confezione, pannolino singolo piegato).

2. Design funzionale, comfort, morbidezza, rispetto dell'integrità cutanea – 2 max

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Valutare il design funzionale, il comfort delle barriere antiperdite e degli elastici al giro gamba; utilizzando il tatto, verificare la morbidezza ed il comfort del rivestimento del materassino e delle superfici, la presenza di rugosità e/o increspature e/o saldature fastidiose nei punti di assemblaggio (es. rivestimento esterno). Ripartizione dei punti: 0,8 max per confort delle barriere e degli elastici, 0,6 max per morbidezza e confort del materassino e delle superfici e 0,6 max per assenza di rugosità e/o increspature e/o saldature fastidiose.

G) Traverse assorbenti

Verrà sorteggiato la taglia (60x60 e 60x90 con tolleranza del +- 10%)

1. **Design funzionale, comfort, morbidezza, rispetto dell'integrità cutanea – 4 max**

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

valutare il design della traversa per verificare la sua riconoscibilità rispetto alla biancheria piana e la sua potenzialità di mantenere il corretto posizionamento sul letto; valutare la morbidezza ed il comfort del rivestimento delle superfici, la presenza di rugosità e/o increspature e/o saldature fastidiose nei punti di assemblaggio. Ripartizione dei punti: 1,5 max per il design funzionale, 1,5 max per morbidezza e confort del materassino e delle superfici e 1 max per assenza di rugosità e/o increspature e/o saldature fastidiose.

2. **Impermeabilità – 2,5 max**

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Prendere la traversa sorteggiata e posizionare sotto la stessa 5 fogli di carta assorbente, prendere una brocca graduata contenente 0,5 litri d'acqua e versare il liquido nel centro del prodotto, utilizzando l'imbuto per rendere costante il flusso; effettuare cinque versamenti da 100 ml ciascuno al centro intervallati da un'attesa di 1 minuto. Mettere un peso di 5 kg, attendere un minuto, verificare i fogli di carta. Attribuire 0,5 punti ogni foglio asciutto.

3. **Capacità di assorbenza – 1,5 max;**

Metodologia di prova – direttive per la commissione giudicatrice:

Presa una brocca graduata contenente 1 litro di acqua versare il liquido nel centro del prodotto, utilizzando l'imbuto per rendere costante il flusso; effettuare dieci versamenti da 100 ml ciascuno al centro intervallati da un'attesa di 2 minuti. Fermarsi non appena si verifica una perdita al di fuori dell'ausilio. Attribuire 0,15 di punto per ogni decilitro assorbito.

1.2 Valutazioni del servizio post-vendita

La commissione valuterà esclusivamente proposte migliorative e/o aggiuntive al servizio post vendita così come declinato all'articolo 5.1.1 del capitolato tecnico.

Si precisa infatti che i contenuti del servizio, così come descritto al succitato articolo 5.1.1 del capitolato tecnico devono essere considerati requisiti minimi di qualificazione dell'offerta; conseguentemente la Commissione Giudicatrice valuterà, e quindi apprezzerà

in termini di punteggio tecnico, unicamente i progetti contenenti elementi migliorativi, aggiuntivi, innovativi, personalizzanti, particolarmente caratterizzanti il servizio.

Ai fini di quanto sopra l'operatore economico dovrà presentare una relazione per presentare il progetto particolareggiato, ma sintetico, del servizio post vendita proposto sviluppando i temi previsti al più volte citato articolo 5.1.1 del capitolato tecnico.

La relazione non dovrà essere superiore, a n. 5 (cinque) facciate formato A4, interlinea singola, max n. 36 righe per pagina, carattere 12.

Calcolo del punteggio tecnico

Massimo di 70 punti:

Il calcolo dei punteggi tecnici sarà effettuato come descritto al n. II), lett. a), punto 5) dell'allegato P del DPR 207/2010. Il giudizio assegnato ai criteri e sub-criteri di valutazione sopra indicati sarà determinato collegialmente dalla Commissione Giudicatrice nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica. I punteggi qualità saranno calcolati fino al secondo decimale.

Laddove non diversamente stabilito, i coefficienti assegnati a ciascun criterio corrisponderanno ai seguenti gradi di giudizio:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,00
Distinto	0,90
Molto buono	0,80
Buono	0,70
Più che discreto	0,60
Discreto	0,50
Più che sufficiente	0,40
Sufficiente	0,30
Non del tutto sufficiente	0,20
Insufficiente	0,10
Totalmente insufficiente o assente	0,00

Soglie di idoneità LOTTO 1: Verranno escluse dalla gara le Imprese che, sulla base delle specifiche motivazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice, non raggiungeranno – prima della riparametrazione – il punteggio di "idoneità" riferito a ciascun prodotto, come segue:

	DESCRIZIONE PRODOTTO	punteggio min x soglia di idoneità
1.1	**PROVE PRATICHE**	
A	**Pannolino sagomato tipo assorbente**	**1,4**
B	**Mutandine elastiche riutilizzabili**	**1,4**
C	**Pannolini fisioanatomici**	**2,8**

D	**Pannolini a cintura**	**28**
E	**Pannolino mutandina**	**2,1**
F	**Mutandina assorbente monouso per persone parzialmente incontinenti – tipo pull up**	**2,1**
G	**Traverse assorbenti**	**5,6**
1.2	**SERVIZIO POST VENDITA**	**0,0**

Prendendo quindi in esame le sole offerte risultate idonee in applicazione delle soglie di idoneità sopra riportate, cui dunque è stato attribuito il punteggio per ognuno dei criteri di valutazione, sarà operata la riparametrazione di ciascuno di essi, assegnando il massimo del punteggio previsto dal singolo criterio per la migliore offerta riferita allo specifico criterio e riparametrando proporzionalmente i punteggi delle altre offerte.

Qualora nessun concorrente, a seguito della prima riparametrazione, abbia conseguito **il punteggio massimo previsto per il giudizio tecnico 70,** il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta tecnica di ciascun partecipante sarà riparametrato con la seguente formula:

$$\text{Punteggio riparametrato qualità} = 70 \times \frac{\text{punteggio considerato}}{\text{punteggio migliore offerta}}$$

OFFERTA ECONOMICA

Calcolo del punteggio economico

Massimo di 30 punti:

Il valore considerato è il prezzo giornaliero offerto dal concorrente di cui all'Allegato del bando, espresso sia in cifre che in lettere.

$$\text{Punteggio economico} = 30 \times \frac{\text{Prezzo giornaliero migliore}}{\text{Prezzo giornaliero offerto dal concorrente}}$$

Punteggio finale = Punteggio riparametrato qualità + Punteggio economico

LOTTO 2 - PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE

OFFERTA TECNICA

Rispetto alle voci che seguono la Commisione dovrà valutare i singoli aspetti attribuendo il punteggio in raffronto con i prodotti dei concorrenti.

La Commissione, garantendo impazialità di procedura, può eseguire prove sul campo dei prodotti compresi nel lotto, in condizioni di omogeneità di cui dà conto in verbale.

A) Bavaglie monouso misura cm. 37x68 con tolleranza del +- 10%

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1 - Confezionamento - Etichettatura che consenta di identificare con facilità il contenuto della confezione - Modalità e dimensione degli imballaggi primario, secondario e terziario	MAX 0,5 MAX 0,5
2 - Caratteristiche dei prodotti - Materiale latex free - Materiale ipoallergenico	MAX 0,5 MAX 0,5
3 - Tenuta/resistenza del materiale - Grado di impermeabilità	MAX 2,0
4 - Comfort per l'utilizzatore - Vestibilità e/o adattabilità all'utilizzatore - Sistema di fissaggio	MAX 1,0 MAX 1,0
5 - Praticità d'uso per l'operatore - Facilità di posizionamento - Praticità di rimozione	MAX 1,5 MAX 1,5
6 - Studi clinici e test effettuati sul prodotto proposto - Dichiarazioni sui prodotti offerti comprovanti requisiti tecnici rilasciati da uno o più laboratori accreditati e/o schede tecniche.	MAX 1,0

B) Salviette monouso misura cm. 25x35 con tolleranza del +- 10%

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1 - Confezionamento - Etichettatura che consenta di identificare con facilità il contenuto della confezione - Modalità e dimensione degli imballaggi primario, secondario e terziario	MAX 0,5 MAX 0,5
2 - Caratteristiche dei prodotti - Materiale latex free - Materiale ipoallergenico	MAX 0,5 MAX 0,5
3 - Tenuta/resistenza del materiale - Grado di permeabilità	MAX 2,0
4 - Comfort per l'utilizzatore - Morbidezza - Assenza di rilascio di particelle	MAX 1,0 MAX 1,0
5 - Praticità d'uso per l'operatore - Resistenza alla tensione - Idoneita' a detergere ed asciugare la cute - Quantitativi necessari per singole procedure	MAX 1,0 MAX 1,0 MAX 1,0
6 - Studi clinici e test effettuati sul prodotto proposto - Dichiarazioni sui prodotti offerti comprovanti requisiti tecnici rilasciati da uno o più laboratori accreditati e/o schede tecniche.	MAX 1,0

C) Crema detergente per utilizzo senza risciacquo da 500 ml a 1000 ml

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Confezionamento - Etichettatura che consenta di identificare con facilità il contenuto della confezione - Modalità e dimensione degli imballaggi primario, secondario e terziario	MAX 0,5 MAX 0,5
Caratteristiche dei prodotti - Materiale ipoallergenico	MAX 0,5
Comfort per l'utilizzatore - Assenza di cattivi odori - Assenza di umidità residua sulla pelle - Profumazione gradevole non invasiva - Capacità idratante della pella senza lasciarla appiccicosa	MAX 0,5 MAX 1,0 MAX 0,5 MAX 1,0
Praticità d'uso per l'operatore - Idoneità/efficacia a detergere la cute - Facilità di asportazione del prodotto senza l'impiego di acqua - Quantitativi necessari per singole procedure - Presenza di dosatore funzionale	MAX 1,5 MAX 1,0 MAX 1,5 MAX 0,5

Studi clinici e test effettuati sul prodotto proposto - Dichiarazioni sui prodotti offerti comprovanti requisiti tecnici rilasciati da uno o più laboratori accreditati e/o schede tecniche.	MAX 1,0

D) Salviette monouso imbevute misura cm. 25x35 con tolleranza del +- 10%

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Confezionamento -Etichettatura che consenta di identificare con facilità il contenuto della confezione -Modalità e dimensione degli imballaggi primario, secondario e terziario	MAX 0,5 MAX 0,5
Caratteristiche dei prodotti -Materiale ipoallergenico	MAX 1,0
Tenuta/resistenza del materiale -grado di permeabilità	MAX 1,0
Comfort per l'utilizzatore -morbidezza -assenza di rilascio di particelle	MAX 1,0 MAX 1,0
Praticità d'uso per l'operatore -resistenza alla tensione -idoneita' a detergere la cute lasciandola non appiccicosa -quantitativi necessari per singole procedure	MAX 1,0 MAX 2,0 MAX 1,0
Studi clinici e test effettuati sul prodotto proposto - Dichiarazioni sui prodotti offerti comprovanti requisiti tecnici rilasciati da uno o più laboratori accreditati e/o schede tecniche.	MAX 1,0

Calcolo del punteggio tecnico

Massimo di 40 punti

Il calcolo dei punteggi tecnici sarà effettuato come descritto al n. II), lett. a), punto 5) dell'allegato P del DPR 207/2010. Il giudizio assegnato ai criteri di valutazione sopra indicati sarà determinato collegialmente dalla Commissione Giudicatrice nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica. I punteggi qualità saranno calcolati fino al secondo decimale.

Laddove non diversamente stabilito, i coefficienti assegnati a ciascun criterio corrisponderanno ai seguenti gradi di giudizio:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1,00
Distinto	0,90
Molto buono	0,80
Buono	0,70
Più che discreto	0,60
Discreto	0,50
Più che sufficiente	0,40
Sufficiente	0,30
Non del tutto sufficiente	0,20

Insufficiente	0,10
Totalmente insufficiente o assente	0,00

Soglie di idoneità LOTTO 2: Verranno escluse dalla gara le Imprese che, sulla base delle specifiche motivazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice, non raggiungeranno – prima della riparametrazione – il punteggio di "idoneità" riferito a ciascun prodotto, come segue

	DESCRIZIONE PRODOTTO	**punteggio min x soglia di idoneità**
A	Bavaglie monouso misura cm. 37x68 con tolleranza del +10%	**4**
B	Salviette monouso misura cm. 25x35 con tolleranza del +10%	**4**
C	Crema detergente per utilizzo senza risciacquo da 500 ml a 1000 ml	**4**
D	Salviette monouso imbevute misura cm. 25x35 con tolleranza del +- 10%	**4**

Prendendo quindi in esame le sole offerte risultate idonee in applicazione delle soglie di idoneità sopra riportate, cui dunque è stato attribuito il punteggio per ognuno dei criteri di valutazione, sarà operata la riparametrazione di ciascuno di essi, assegnando il massimo del punteggio previsto dal singolo criterio per la migliore offerta riferita allo specifico criterio e riparametrando proporzionalmente i punteggi delle altre offerte.

Qualora nessun concorrente, a seguito della prima riparametrazione, abbia conseguito il punteggio massimo previsto per il giudizio tecnico 40, il punteggio complessivo ottenuto dall'offerta tecnica di ciascun partecipante sarà riparametrato con la seguente formula:

$$\text{Punteggio riparametrato qualità} = 40 \times \frac{\text{punteggio concorrente}}{\text{punteggio migliore offerta}}$$

OFFERTA ECONOMICA

Calcolo del punteggio economico

Massimo di 60 punti

Il valore considerato è l'importo annuale complessivo offerto dal concorrente di cui all'Allegato al Bando, espresso sia in cifre che in lettere.

$$\text{Punteggio economico} = 60 \times \frac{\text{Importo annuale migliore offerto}}{\text{Importo annuale offerto dal Concorrente}}$$

Punteggio finale = Punteggio riparametrato qualità + Punteggio economico