



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti

Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari  
Provincia Autonoma di Trento



**Servizio Procedure di Gara e Contratti - APSS**  
Via Dogana, 8 – 38122 Trento  
Tel. 0461.496839  
[spgc-apss@pec.provincia.tn.it](mailto:spgc-apss@pec.provincia.tn.it)

#### SITO INTERNET

Trento, **04 OTT. 2016**

Prot. n. PAT/RFSPGC **0515564**

(da citare nella risposta)

Cl. 3.5

Fasc. 1120 - 2016

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, in service, suddivisa in quattro lotti, di sistemi diagnostici occorrenti al Dipartimento Laboratorio e Servizi dell'APSS di Trento

#### NOTA DI CHIARIMENTO

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

#### Quesito 10

- a. Per il Laboratorio di Rovereto - urgenze - Strumento semiautomatico per l'esame chimico-fisico delle urine viene richiesta strumentazione con ..."Pari performances analitiche rispetto a quelle offerte per la strumentazione automatica".

Dal momento che uno strumento semiautomatico non prevede l'esame dell'Aspetto (essendo un sistema semiautomatico questo parametro non è determinato dalla macchina) e per lo stesso motivo gli RBC nell'esame chimico fisico.

Questi requisiti sono da ritenersi indispensabili?

- b. A pag. 2 Capitolato Tecnico - Lotto 3 "Fornitura in service di sistemi diagnostici ....." viene riportato quanto segue: "... Il materiale di consumo per la strumentazione (ad es. eventuali diluenti, provette, toner, carta, etc..) dovrà essere fornito in sconto merce.."

Si richiede di precisare che le provette primarie non sono da considerare come materiale di consumo per la strumentazione (voce da voi indicata come "provetta") per cui non viene offerto nessun tipo di provetta (dal momento che tali provette vengono acquistate tramite la trattativa per i dispositivi di prelievo)"

#### Risposta

- a. *Questi requisiti NON sono da ritenere indispensabili.*

- b. *Le provette primarie NON sono da considerare come materiale di consumo della strumentazione*

#### Quesito 11

LOTTO N. 2 - Fornitura in service di strumenti e prodotti per la ricerca del sangue occulto nelle feci e screening del colon-retto.

Con riferimento all' elemento di valutazione:

- 1.f) Possibilità di esecuzione giornaliera dei test senza aggravio di spesa per avviamento, calibrazioni, etc.

Si chiede cortesemente conferma della possibilità di menzionare espressamente nello SCHEMA DI OFFERTA TECNICA che la fornitura dei prodotti necessari alle fasi operative sopra citate sarà in "sconto merci"?

***Risposta***

*La domanda relativa all'elemento di valutazione 1.f prevista dallo schema di offerta tecnica (pag. 3, dichiarazione riferita a requisiti preferenziali e alle caratteristiche da illustrare oggetto di valutazione di qualità) prevede espressamente, in caso di risposta affermativa, di specificare la modalità della proposta.*

**IL DIRIGENTE del SPGC - APSS**

**– dott. Luciano Bocchi –**

In nome e per conto di APAC  
ex convenzione di data 28/10/2015

