



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento



Servizio procedure di gara e contratti - APSS
Via Dogana, 8 - 38122 Trento
P +39 0461 496839
@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it

AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Trento, 14 DIC. 2016

Prot. n. PAT/RFSPGC 669804
(da citare interamente nella risposta)

SITO INTERNET

Oggetto Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiale protesico e di consumo
: (dispositivi medici), suddivisa in 26 lotti, occorrente alla U.O. di Cardiocirurgia dell'ospedale di Trento. CIG prevalente: 6627750053.

NOTA DI CHIARIMENTO

A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito n. 1

è possibile allegare il DGUE redatto su modello rilasciato dal Ministero e previsto dal D.Lgs. 50/2016, in luogo del modello da voi fornito?

Risposta:

È possibile utilizzare unicamente il modello di DGUE allegato al Bando di gara che, peraltro, è quello rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti armonizzato, però, con la legislazione provinciale in materia di contratti pubblici.

Quesito n. 2

Gent. Rup

con la presente sono a chiederLe conferma che al lotto 23 della procedura in oggetto sono "effettivamente" richiesti stent colici, sebbene il materiale di tale gara sia destinato alla UO di Cardiocirurgia e nonostante ci sia in preparazione una gara per la UO di Endoscopia e Gastroenterologia dove verrebbe richiesto il medesimo materiale (stent colici).

Risposta:

Si conferma quanto richiesto in capitolato.

Quesito n. 3

Lotto 1: occorre fornire il prodotto della voce (c) "cardiotomo rigido ricoperto con trattamento biocompatibile sintetico"?

Risposta:

Sì, in quanto trattasi di una specifica in merito all'ossigenatore: a tal proposito si veda il circuito allegato. Per maggior chiarezza si precisa che non è richiesta alcuna sacca di ritorno venoso.

Provincia autonoma di Trento

Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

Quesito n. 4

Lotto 1: è possibile raggruppare in un unico circuito le voci (b) e (d)?

Risposta:

Si.

Quesito n. 5

Lotto 1: la voce (e) "piastra a 6 clips fermatubo" si intende quella già presente nel disegno allegato II?

Risposta:

Si

Quesito n. 6

Lotto 2: è possibile raggruppare in un unico circuito le voci (b) e (c)?

Risposta:

Si

Quesito n.7

Lotto 2: voce (d) la "piastra a 6 clips fermatubo" si intende quella già presente nel disegno allegato II?

Risposta:

Si

Quesito n. 8

Lotto 2: voce (b) occorre inserire il filtro arterioso nel disegno Allegato I?

Risposta:

No, se è già presente nell'ossigenatore (ossigenatore con filtro integrato)

Quesito n. 9

Confermate l'inserimento dei quattro raccordi nel disegno allegato II per i lotti 1 e 2?

Risposta:

NO, vedi come specificato nella voce e) del lotto 2 e nella voce f) del lotto 1.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE del SPGC-APSS

- dott. Luciano Bocchi -

*In nome e per conto di APAC
ex convenzione di data 28/10/2015*