

## NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **14 MAR. 2016**

Prot. n. **0038514**

**Oggetto:** gara d'appalto, suddivisa in 14 lotti, per l'affidamento della fornitura di Dispositivi Medici per Emodinamica Interventistica occorrenti alle UUOO di Cardiologia dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, si precisa quanto segue:

**Quesito:**

*"... In riferimento al lotto n. 13, in considerazione della varietà di dispositivi richiesti, per applicazione e distretto anatomico, chiediamo se potranno essere valutate eventuali offerte "parziali", relative ad alcuni dei device richiesti (es. solo PFO, solo Dotto di Botallo, etc....)".*

**Risposta:**

No, non sono ammesse offerte parziali. Si ribadisce, inoltre, quanto già precedentemente esposto nella risposta di cui alla nota pubblicata in data 01/03/2016 e, cioè, che il Sistema offerto può anche essere di tipo equivalente a quello richiesto dalla Stazione Appaltante, a condizione che, tuttavia, tale Sistema sia completo ed esaustivo di tutti i requisiti prescritti dal Capitolato Tecnico. Sarà, poi, preciso compito della Commissione Tecnica, svolgere le proprie valutazioni in ordine alla completezza e alla compatibilità del prodotto offerto.

**Quesito:**

*"... Con la presente richiedo un chiarimento in merito alle modalità di aggiudicazione del lotto 13: tale lotto verrà aggiudicato per sub-lotti oppure interamente? Chi non presenta offerta per un sub-lotto viene automaticamente escluso?"*

**Risposta:**

Il lotto in questione è unico e verrà aggiudicato per intero. Per il resto vale quanto specificato nella risposta al quesito precedente in ordine all'inammissibilità delle offerte parziali.

**Quesito:**

*"... Dal chiarimento fornito in merito al lotto 13 non si evince se resta necessario rispondere per ciascun prodotto (voce) compresa nel lotto oppure se il vostro Spett.le ente accetterà offerte specifiche per i singoli dispositivi (es: offerta esclusivamente per N. 3 Dispositivi per l'occlusione dell'auricola sinistra)".*

**Risposta:**

Si ribadisce quanto specificato nelle risposte che precedono.

**Quesito:**

*"... Con riferimento al bando di gara prot. n. 0013493 del 27/01/2016, avente per oggetto la fornitura di dispositivi medici per Emodinamica Interventistica occorrenti alla UUOO di Cardiologia dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, si richiede di chiarire quanto riportato a pag 10 del bando di gara - Busta B Offerta Tecnica: "Non verranno presi in considerazione testi ed altre produzioni standard non riferite specificatamente ai contenuti del capitolato d'appalto. Non dovranno pertanto essere presentate trattazioni di carattere generale". Si richiede di chiarire se, ad esempio, per testi standard si intenda generica bibliografia non specificatamente riferita alle caratteristiche tecniche del prodotto offerto".*

**Risposta:**

Esattamente. L'esempio riferito è alquanto pertinente.

IL DIRIGENTE del SPCC - APSS  
- dott. Luciano Bocchi -



In nome e per conto di APAC  
ex convenzione di data 28/10/2015