



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari  
 Provincia Autonoma di Trento

TRENTO

APAC

**Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario - APSS**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

Tel. 0461.496839

[spgc-apss@pec.provincia.tn.it](mailto:spgc-apss@pec.provincia.tn.it)**SITO INTERNET**

PUBBLICATO IN DATA

Trento, 28 NOV. 2017

28-11-2017

Prot. n. PAT/RFSPGAS (da citare nella risposta) 679437

Cl. 3.5

Fasc. 1136 - 2017

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, suddivisa in sei lotti, per la durata di tre anni con possibilità di unico rinnovo biennale, di materiali e sistemi diagnostici in service occorrenti al laboratorio di anatomia patologica dell'APSS di Trento

**NOTA DI CHIARIMENTO**

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da operatori economici interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

**Quesito 18**

In riferimento alla ns. richiesta di chiarimenti del 10/11/2017 u.s., siamo a chiedere di rivalutare la possibilità di ampliare il range di formalina contenuta nel tappo per i lotti 2 e 3, ovvero da 40 a 75ml e da 90 a 120 ml. La ns. società produce e distribuisce a livello nazionale ed internazionale i prodotti oggetto di gara, inoltre si avvale di una rete commerciale sull'intero territorio nazionale che quotidianamente propaganda i propri prodotti.

Inoltre, Vi informiamo che attualmente siamo gli attuali fornitori dei medesimi prodotti in versione non di "sicurezza" che questa gara si prefigge di sostituire ed in particolare nei volumi 60 e 150 ml. (volume contenitore). Tali contenitori contengono rispettivamente, 36 e 90 ml di formalina, valori che possiamo definire sovrapponibili agli attuali contenitori di sicurezza che produciamo e commercializziamo e per i quali chiediamo di modificare il capitolato tecnico.

Riteniamo che la nostra esclusione dalla gara limiterebbe la Vs. Amministrazione nella valutazione di tutto il potenziale mercato dei contenitori di sicurezza. Per tanto, ribadiamo la nostra richiesta e contestualmente nel caso di risposta negativa, le motivazioni di tale diniego.

**Risposta**

Si conferma quanto riscontrato al quesito n. 10, prot. n. 627426 pubblicato in data 15/11/2017.

**Quesito 19**

..si richiedono chiarimenti in merito al "lotto 5".

Per quanto riguarda le voci economiche "canoni di manutenzione" e "canone interfacciamento" (schema di offerta economica) si chiede di specificare se, in caso di aggiudicazione, alla ditta perverranno gli ordini mensili/annuali singoli di questi canoni o se invece perverranno solo gli ordini di "canoni di noleggio apparecchiature" e di "vetrini e materiali di consumo".

**Risposta**

*Tutti i canoni dovranno essere fatturati trimestralmente, alla fine del periodo di competenza, sulla base di un ordine/autorizzazione alla spesa che coprirà l'importo complessivo annuale del contratto.*

*Le fatture riguardanti i vetrini dovranno riportare il numero completo dell'ordine corrispondente, a pena di rifiuto delle stesse da parte del Servizio competente.*

**Quesito 20**

In riferimento alla procedura aperta in oggetto, si chiede conferma che la normativa di riferimento di cui si parla al punto 2) del capitolato tecnico dei lotti da 1 a 4, sia la Direttiva 98/79/EC e la relativa norma di recepimento in Italia (332/2000).

Si chiede, inoltre, conferma che l'etichetta debba essere conforme a tale normativa.

**Risposta**

*Si conferma che la normativa di riferimento di cui si parla al punto 2) del Capitolato tecnico dei lotti da 1 a 4 è la Direttiva 98/79/EC (recepita in Italia con D.Lgs. 332/2000).*

*Le etichette dovranno essere conformi a tale direttiva.*

**Quesito 21**

..si richiedono chiarimenti relativi al Lotto 5. Nel capitolato tecnico si richiede che i nastri necessari debbano essere a carico della ditta aggiudicataria. Si chiede quindi di confermare che i nastri non debbano apparire tra le voci dell'elenco dei consumabili previsti oppure di specificare se debbano essere inclusi nell'elenco con relativo valore economico.

**Risposta**

*Si veda la risposta al quesito n. 8, prot. n. 627426 pubblicato in data 15/11/2017.*

**Quesito 22**

..in merito al Lotto 5 si chiede se possibile specificare di quale colore è la banda dei vetrini polarizzati attualmente utilizzati in laboratorio.

**Risposta**

*Attualmente viene utilizzato il colore bianco.*

**Quesito 23**

... per chiedere se la documentazione da Voi denominata "Documento di valutazione del rischio chimico all. I3 Duvri allegati 1, 2 e 3" devono essere ritornati in fase di gara (se si indicare in quale busta) oppure se devono essere resi solo dall'aggiudicatario.

**Risposta**

*Si veda la risposta al quesito n. 12, punto 4, prot. n. 627426 pubblicato in data 15/11//2017.*

**La presente nota completa le risposte ai quesiti pervenuti entro il termine ultimo previsto nel Bando di gara.**

**IL DIRIGENTE del SPGC - APSS**

**– dott. Luciano Bocchi –**

In nome e per conto di APAC  
ex convenzione di data 28/10/2015

Il sostituto del Dirigente  
dott. Massimiliano Possamai

