



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari  
 Provincia Autonoma di Trento
**Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario - APSS**

Via Dogana, 8 - 38122 Trento

Tel. 0461.496839

[spgc-apss@pec.provincia.tn.it](mailto:spgc-apss@pec.provincia.tn.it)**SITO INTERNET**

Trento, 08 NOV. 2017

Prot. n. PAT/RFSPGAS (da citare nella risposta) 610671

Cl. 3.5

Fasc. 1136 - 2017

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, suddivisa in sei lotti, per la durata di tre anni con possibilità di unico rinnovo biennale, di materiali e sistemi diagnostici in service occorrenti al laboratorio di anatomia patologica dell'APSS di Trento

**NOTA DI CHIARIMENTO**

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da operatori economici interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

**Quesito 1**

LOTTO 6 - tutte le sonde del lotto devono obbligatoriamente essere marcate 98/79 CE/IVD pena esclusione?

**Risposta**

*Al punto 4 lettera b del capitolato tecnico è espressamente previsto che l'offerta debba essere comprensiva, tra l'altro, di "Materiale reagente in possesso del marchio CE IVD e prodotti in aziende certificate ISO 9000 (Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 332 del 08 settembre 2000)."*

**Quesito 2**

Considerato il numero di test richiesti, e la qualità del prodotto oggetto della fornitura del lotto 6, comprensivo della strumentazione deputata allo svolgimento della metodica, si chiede che l'importo a base d'asta venga adeguato all'entità della fornitura richiesta in quanto si ritiene sia eccessivamente basso. In alternativa si chiede che il numero di test richiesti venga adeguato all'importo posto a base d'asta.

**Risposta**

*Si conferma l'importo a base d'asta e il numero di test richiesti.*

**Quesito 3**

Lotto 5 - Tra i requisiti tecnici necessari (a pena di esclusione) viene richiesta al punto "E" la possibilità di produrre un codice colore sull'etichetta per identificare diversi tipi di vetrini.

Codesta ditta sarebbe interessata ad offrire stampigliatrici in grado di ottemperare a tutti gli altri requisiti, ma in grado di stampare solo con colore nero su vetrini con banda colorata. Restiamo in attesa di conferma per poter preparare la documentazione entro i tempi previsti.

**Risposta**

*La soluzione prospettata in quesito, stampa monocromatica su vetrini con banda colorata, è ritenuta ammissibile.*



IL DIRIGENTE del SPGC-APSS

- dott. Luciano Bocchi -

In nome e per conto di APAC  
ex convenzione di data 28/10/2015

Il sostituto

dott. Massimiliano Possamai