



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari
 Provincia Autonoma di Trento



Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario - APSS

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

Tel. 0461.496839

spgc-apss@pec.provincia.tn.it**SITO INTERNET**

Trento, 15 NOV. 2017

PUBBLICATO IN DATA
15/11/2017

Prot. n. PAT/RFSPGAS (da citare nella risposta) 627426

Cl. 3.5

Fasc. 1136 - 2017

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura, suddivisa in sei lotti, per la durata di tre anni con possibilità di unico rinnovo biennale, di materiali e sistemi diagnostici in service occorrenti al laboratorio di anatomia patologica dell'APSS di Trento

NOTA DI CHIARIMENTO

A seguito delle richieste di chiarimenti formulate da operatori economici interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito 4

Lotto 1 - Considerato il range di liquido contenuto (tra 15 ml e 25 ml) relativo al lotto 1, ed il range (tra 50 ml e 70 ml) relativo al lotto 2; si chiede l'estensione a 30 ml come limite massimo di liquido contenuto nei contenitori afferenti al lotto 1.

Tale richiesta è motivata dall'equivalenza funzionale che tale volume rappresenta rispetto al range indicato, alla maggiore completezza del range stesso (visto il "gap" rispetto alla misura successiva) ed infine per garantire una massima partecipazione degli operatori economici che consentano una più ampia gamma di sistemi proposti con l'obiettivo di fornire una maggiore qualità del prodotto alla migliore condizione economica.

Risposta

Il range previsto dal Capitolato Tecnico per il lotto n. 1 dovrà essere rispettato.

Quesito 5

In riferimento al lotto n.05 e più specificatamente in relazione al consumabile "vetrini", chiediamo se gli stessi debbano rispondere a caratteristiche qualitative minime e indispensabili per la loro destinazione d'uso. Infatti è sì vero che rilevante è la qualità della stampa ma è anche vero che in Anatomia Patologica il vetro deve essere tale da sopportare colorazioni e trattamenti particolari senza interferire o alterare le diagnosi.

Risposta

I vetrini devono essere tali da permettere stampa di alta qualità sulla parte smerigliata e devono rispondere a criteri di qualità quali: garanzia di adesione delle sezioni sia durante la processazione che durante le varie colorazioni/indagini aggiuntive alle quali verranno sottoposti.

Quesito 6

In ottemperanza a quanto richiesto dalla documentazione di gara, relativamente al Lotto 5, si chiede se sia possibile offrire, al fine di soddisfare le esigenze delle 10 postazioni di taglio presenti nel reparto, un numero di stampigiatrici sufficienti a garantire la possibilità di stampa di due tipologie di vetrini (polarizzati e non) senza la necessità di intervento sulla stampigliatrice, fornendo per ciascun tipo di vetrino una stampigliatrice dedicata.

Per consentire tale disposizione si rispetterebbe la seguente disposizione:

- ... omississ...
- ... omississ...
- ... omississ...
- ... omississ...

Si chiede di confermare che la possibilità proposta possa essere considerata valida ai fini della partecipazione al lotto 5 della suddetta procedura di gara.

Risposta

E' possibile fornire per ciascun tipo di vetrino una stampigliatrice dedicata; la proposta descritta nel quesito sarà oggetto di valutazione come previsto per il lotto n. 5 dall'allegato D al Bando di gara "Criteri valutazione e modalità attribuzione punteggi".

Quesito 7

In merito al lotto n. 5 "Fornitura in service di sistema di stampa e fornitura di vetrini istologici occorrenti ai Laboratori di Trento e Rovereto dell'UOM di Anatomia Patologica" della gara in oggetto, a seguito di contatto telefonico con TSLB sig. Claudio Beducci, da Voi designato come referente per l'effettuazione del sopralluogo presso le strutture indicate in capitolato di gara, ci comunicava che non si riteneva necessario procedere al sopralluogo presso il P.O. di Rovereto in quanto non interessato alla fornitura in oggetto.

Siamo quindi a chiedervi con la presente conferma di quanto soprascritto, ovvero se il sopralluogo sia da effettuarsi solo per il P.O. di Trento.

Risposta

Ai fini dell'ammissione alla procedura di gara è sufficiente eseguire sopralluogo nella struttura dell'ospedale di Trento.

Quesito 8

... si richiedono chiarimenti in merito alla gara in oggetto relativamente al lotto 5 "Fornitura in service di sistema di stampa e fornitura di vetrini istologici occorrenti ai Laboratori di Trento e Rovereto dell'U.O.M. di Anatomia Patologica".

Si richiede che l'offerta sia comprensiva (punto g) dei nastri necessari al numero di stampe a carico della ditta aggiudicataria.

Si chiede conferma, quindi, che i nastri non debbano essere inseriti nell'offerta e nell'elenco tra i materiali di consumo

Risposta

Si conferma quanto richiesto in capitolato e cioè che l'offerta deve essere comprensiva dei nastri, necessari al numero di stampe, a carico della ditta aggiudicataria.

Quesito 9

... in riferimento al DGUE allegato B, parte I, come faccio a trovare il numero GUUES da inserire nel modello?

Risposta

Il numero del bando GUE reperibile al sito www.appalti.provincia.tn.it è il seguente 2017/S 200-412534 del 18/10/2017.

Quesito 10

... chiediamo di potere modificare la quantità di formalina contenuta all'interno del contenitore rispettivamente nel Lotto n. 2 da 40 a 70 ml e nel Lotto n. 3 da 90 a 120 ml.

Risposta

Il range previsto dal Capitolato Tecnico, rispettivamente, per il lotto n. 2 e il lotto n. 3 dovrà essere rispettato.

Quesito 11

a pagina 6 del Vs. Bando di gara chiedete la dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al paragrafo 2.2 lettera B3.

Si fa presente che a pagina 11 nel Bando di gara c'è il solo riferimento B1.

Si chiede se la richiesta della dichiarazione B3 è un refuso oppure se non è stata indicata sul Bando per mero errore.

Risposta

Il riferimento contenuto nel paragrafo 2.2 alla lettera B3 costituisce un refuso. I requisiti di capacità tecniche e professionali non sono richiesti così come correttamente indicato alla lettera D) del paragrafo 2.2 del Bando di gara.

*Si chiarisce, inoltre, che la documentazione da produrre è quella specificatamente indicata al punto **4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** del Bando di gara.*

Quesito 12

LOTTO 5:

- 1) Facendo seguito al sopralluogo emerso che le stampanti saranno dislocate solo presso il Laboratorio di Trento. Si chiede quindi conferma che nello schema di offerta economica non debbano essere riempite le griglie relative al Laboratorio di Rovereto.
- 2) Numero di Repertorio (si può comunicare successivamente?)
- 3) Dei 150.000 vetrini per cito/istologia da inserire nello schema di offerta economica: quali colori per banda colorata e quanti per ognuno?
- 4) inoltre in riferimento al file 19_ALLEGATO_I3_DUVRI_allegati_1_2_e_3_Lotto_5, chiedo conferma che bisogna compilare solo le prime due pagine ossia ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI TECNICI-PROF.

Risposta

- 1) *Le modalità di compilazione del modulo offerta economica non sono in relazione alla circostanza per cui, come dalla risposta al quesito n. 7 che precede, è sufficiente eseguire sopralluogo nella struttura di Trento.*

In ogni caso si fa espresso rimando al modulo offerta economico rielaborato e ripubblicato, scaricabile al sito www.appalti.provincia.tn.it

- 2) *E' consentito comunicare successivamente il numero di repertorio a condizione che venga allegata documentazione che comprovi l'avvenuta richiesta di registrazione nel Repertorio dei Dispositivi Medici Nazionale al Ministero della Salute.*
- 3) *Vengono richiesti due colori per differenziare due tipologie di campioni. Qualora un colore dovesse dare problemi di stampa o lettura del barcode, si dovrà valutare la possibilità di cambiare la fornitura di tale colore. Requisito indispensabile è che non si tratti di colori troppo accesi, come certi tipi di rosa o giallo.*
Colori e quantità anno (media 2016-2017): verde o azzurro: n. 65.000; bianco: n. 85.000
- 4) *La documentazione amministrativa da produrre è unicamente quella indicata al punto 4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del bando di gara.*
Il DUVRI dovrà essere compilato, per quanto di competenza, solo ed esclusivamente da parte della ditta aggiudicataria.

IL DIRIGENTE del SPGC - APSS

– dott. Luciano Bocchi –

In nome e per conto di APAC

ex convenzione di data 28/10/2015

Il sostituto del Dirigente
dott. Massimiliano Possamai

