



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento



Servizio Procedure di Gara e Contratti

Via Dogana n. 8. 38122 - Trento
tel. 0461.496839
spgc-apss@pec.provincia.tn.it

27 OTT. 2016

SITO INTERNET

Prot. n. **PAT/RFSPGC-0565110**

Cl. 3.5

Fasc. 1218 - 2016

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di durata triennale, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, suddivisa in 46 lotti, di dispositivi medici occorrenti alla UO Multizonale di Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva e ai Servizi di Endoscopia digestiva dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento.
CIG PREVALENTE: 6798834F4A

NOTA DI CHIARIMENTO

A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito n. 1

In merito a quanto indicato a pag. 16 del file "0._Bando_di_Gara.1476200629", non ci è chiaro:

- della PARTE II, è da compilare solo la sezione "A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO"?
- A quale PARTE si riferisce il "punto 2a della sezione B"? Alla PARTE II o alla PARTE III?
- A quale PARTE si riferisce il "punto 1b della sezione C"? Alla PARTE II o alla PARTE III?

Risposta:

Come correttamente riportato nel bando di gara, la parte II deve essere compilata in ogni sua sezione (A, B, C e D), ad eccezione delle voci già cassate nel modello di DGUE allegato al bando; per quanto riguarda i punti segnalati (2a della Sezione B e 1b della Sezione C), il bando fa evidentemente riferimento esclusivamente alla Parte IV del DGUE.

Quesito n. 2

... Per la riduzione della cauzione, Provvisoria e Definitiva, noi siamo in possesso di certificazione UNI EN ISO 13485, dedicata ai dispositivi medici. Tale certificazione di qualità non è espressamente citata nell'art. 93 del DLgs 50/2016, ma viene riconosciuta quale un "quid pluris rispetto alla più generale certificazione UNI EN ISO 9001:2000" dall'ANAC. Accettate la suddetta certificazione per la riduzione del 50% della Fidejussione (provvisoria e definitiva)?

Risposta

In stretta aderenza alle disposizioni di cui all'art. 31, comma 5, L.P. 2/2016, non si può accordare la riduzione richiesta.

Quesito n. 3

...L'aggiudicazione dell'appalto avverrà per singolo lotto.

DOMANDA: i concorrenti sono tenuti a presentare l'offerta per tutte le voci del lotto, o è possibile presentare un'offerta per singole voci di un lotto? (es. lotto 35: si può offrire per le sole voci a, b e d?)

Risposta

Come correttamente riportato nelle Premesse al Capitolato Tecnico allegato al bando di gara, non sono ammesse offerte alternative o mancanti (cfr. n. 14).

Non saranno pertanto ammesse offerte parziali.

Quesito n. 4

"...chiediamo la cortesia di due chiarimenti in merito all'Allegato I – Scheda descrittiva di dispositivo medico".

A) Alla domanda "Tempo massimo dichiarato d'impiego" (riportata al punto 13) è possibile riportare la risposta "non applicabile"?

B) Visto che il dispositivo che andremo a offrire è sterile, è corretto rispondere SI' alla domanda "Il dispositivo è clinicamente pulito" (riportata al punto 18)?"

Risposta

La risposta è affermativa per entrambi i superiori quesiti.

Quesito n. 5

... Come "Copia etichettatura", è corretto inviarvi la scansione stampata dell'etichetta con il codice a barre presente sulla confezione?

Risposta

È corretto.

Quesito n. 6

... Se, per un unico lotto, indicheremo, al punto 8. dell'Allegato I – Scheda descrittiva di dispositivo medico" più formati/misure disponibili, è corretto inviarvi le scansioni stampate delle etichette con il codice a barre presenti sulla confezione di ogni formato/misura?

Risposta

Per evidenti ragioni di opportunità e di economia, si ritiene sufficiente che la concorrente, a corredo della documentazione richiesta, inserisca una scansione stampata dell'etichetta relativa a una soltanto delle misure offerte, purché, nel caso siano presenti più misure, a tale scansione si accompagni una dichiarazione - sottoscritta da persona capace di impegnare la concorrente medesima - che le etichette relative alle altre misure offerte presentano le stesse caratteristiche riprodotte in quella fornita.

Quesito n. 7

In riferimento al lotto nr. 26: chiediamo di eliminare la suddivisione nei due sub - lotti (lotto 28 - voce A e lotto 26 - voce B) e di predisporre invece due lotti distinti, inerenti le due tipologie di cannulotomi indicate nelle due voci

- Cannulotomo tre /due vie

- Cannulotomo tre/due vie orientabile

La tipologia indicata nel lotto 26 alla voce B, identifica un prodotto specifico ("cannulotomo orientabile") che viene commercializzato da un numero estremamente limitato di aziende. Pertanto riteniamo che la presenza di tale caratteristica limiti fortemente il principio di concorrenza nell'ambito della partecipazione all'intero lotto.

Risposta

Si ritiene corretta la segnalazione che precede e, pertanto, in stretta aderenza a quanto comunicatoci dalla Stazione appaltante, in considerazione di evidenti ragioni di opportunità, volte a favorire la massima partecipazione alla presente procedura di gara, si stabilisce di

eliminare dal Lotto n. 26 la "Voce 26b - Cannulotomo tre/due vie orientabile", ridefinendo in tal modo l'importo annuale complessivo del suddetto lotto, posto a base d'asta, in complessivi **€. 23.760,00**. Si invitano, pertanto, tutti i soggetti interessati a formulare le offerte, tenendo conto del nuovo importo massimo previsto, considerato che, come espressamente previsto nel bando di gara, un'offerta economica di importo superiore comporterà, inevitabilmente, l'esclusione della concorrente.

Quesito n. 8

In riferimento al lotto nr. 32 :

chiediamo di eliminare la suddivisione nel due sub - lotti (lotto 32 - voce A e lotto 32 - voce B) predisponendo invece due lotti distinti, inerenti le due tipologie di fili guida indicate nelle due voci.

- Filo guida in nitinol monouso punta idrofila da 400 cm circa

- Filo guida in nitinol monouso punta idrofila di varie lunghezze

Il valore di diametro 0.021" indicato alla voce B , è caratteristica di un prodotto commercializzato da un numero estremamente limitato di aziende.

Pertanto riteniamo , che la presenza di tale caratteristica limiti fortemente il principio di concorrenzialità nell'ambito della partecipazione all'intero lotto.

Risposta

In ragione di evidenti ragioni di opportunità e in stretta aderenza a quanto comunicatoci dalla Stazione appaltante, al fine di favorire la maggiore partecipazione possibile, si stabilisce di sostituire, alla voce relativa alle "Descrizioni e Caratteristiche obbligatorie del Capitolato Tecnico" di cui alla voce b del lotto 32, le parole *con diametro da 0,021" a 0,035"* con le parole **"Con calibri vari"**. Si invitano, pertanto, tutti gli interessati a tenerne conto nella formulazione dell'offerta tecnica.

Quesito n. 9

... DGUE: essendo un pdf non ci è possibile indicare tutte le indicazioni, in particolare tutti i nominativi dei rappresentanti. È possibile "integrare" il modello tramite una postilla/dichiarazione separata? In caso negativo, comunicare un'alternativa.

Risposta

Si conferma la possibilità di integrare il DGUE, allegando la documentazione che si renda necessaria.

Quesito n. 10

... CAUZIONE PROVVISORIA: Vi preghiamo di specificare l'intestazione del beneficiario (Az.Prov. serv.sanitari TN o Servizio Procedure di gare e contratti – APSS)

Risposta

Come riportato alla pag. 20/37 del bando di gara, si ribadisce che il beneficiario del deposito cauzionale richiesto è l'Azienda per i Servizi Sanitari di Trento.

Quesito n. 11

... Si chiede la possibilità di aggiudicazione per sub lotti;

Risposta

Non si rinvergono elementi tali da giustificare una modifica delle modalità di aggiudicazione della presente procedura di gara.

Quesito n. 12

... Sub Lotto 26 b: Cosa intendete per cannulotomi orientabili con meccanismo di precisione?

Risposta

In riferimento al superiore quesito, si specifica che il meccanismo di rotazione dell'asse longitudinale garantisce precisione di rotazione di fronte alla papilla senza compromettere la struttura del dispositivo.

Quesito n. 13

... Si chiede la scomposizione per il lotto 36 in: 36a Aghi FNA e 36b Aghi FNB avendo due indicazioni di utilizzo diverse e due differenti quotazioni. Si noti che il campionamento citologico si ottiene con un ago da FNA, mentre il campione istologico si ottiene con un ago da FNB. Questo è il motivo per cui si chiede la suddivisione in quanto non risulta essere presente sul mercato un AGO certificato per effettuare entrambe le procedure;

Risposta

Non si rinvenivano elementi tali da giustificare modifiche nella composizione del lotto in gara.

Quesito n. 14

... Lotto 9 : In merito a questo Lotto si richiede che la posizione 9b venga scorporata dal Lotto ed aggiudicata a parte in quanto il sistema richiesto viene venduto solo dalla società ... (si richiama come sempre la questione della massima concorrenza). Oppure in alternativa si richiede la possibilità di proporre un prodotto monouso, cambiando la base d'asta e quantitativi.

Risposta

In riferimento alla voce 9b del lotto citato, si ritiene che possano essere valutati anche sistemi di insufflaggio diversi e con componenti solo monouso, senza tuttavia che vi sia la necessità di modificare la base d'asta e/o i quantitativi richiesti.

N.B.

Agli ulteriori quesiti pervenuti, si risponderà, nel corso delle successive pubblicazioni, non appena si riceveranno le risoluzioni già richieste alla Stazione Appaltante.

IL DIRIGENTE del SPGC - APSS

– dott. Luciano Bocchi –

In nome e per conto di APAC

ex convenzione di data 28/10/2015