



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento



AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario

Viale Verona, 190/8 – 38123 Trento

P +39 0461 906311

@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it

Class. 3.5 – Fasc. n. 840/2019

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

Oggetto: Gara europea a procedura aperta, suddivisa in n. 2 lotti, per l'affidamento mediante accordo quadro della fornitura di impianti cocleari per i fabbisogni dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Codice CIG prevalente: 7936022487 – gara telematica n. 82462 – **nota di chiarimento 2, quesiti n. 5, 6, 7, 8 e 9.**

NOTA DI CHIARIMENTO 2

A seguito delle richieste di chiarimento formulate dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito 5:

Nel Capitolato speciale parte tecnica all'art. 2 "Specifiche tecniche" viene richiesto che "il magnete deve essere comunque di tipo rimovibile" come caratteristica minima ed essenziale, mentre nei Parametri e criteri di valutazione delle offerte (Allegato L), al punto 2 del lotto 1 ed al punto 3 del lotto 2, non viene menzionato tale requisito, dando origine a possibili fraintendimenti, chiediamo che il requisito di rimozione del magnete sia aggiunto al criterio di valutazione.

Risposta:

Trattandosi di requisito minimo previsto in Capitolato, non è oggetto di valutazione.

Quesito 6:

Nei Parametri e criteri di valutazione delle offerte (Allegato L), si chiede di specificare come verrà valutata la lunghezza della porzione attiva dell'array intracocleare, richiesta al punto 1 del lotto 1. Verrà valutato l'elettrodo più lungo del portfolio oppure verrà valutato in base alla media delle lunghezze del portfolio di cui al punto 3 del lotto 1?

Risposta:

Verrà valutato l'elettrodo più lungo del portfolio offerto.

Quesito 7:

Nei Parametri e criteri di valutazione delle offerte (Allegato L), al punto 1 del lotto 2, in caso di array che non abbia forma conica, ma formare rettangolare, per CALIBRO si intende la media degli spessori dei 2 lati o la diagonale?

Provincia autonoma di Trento

Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

Risposta:

Nel caso di array di forma rettangolare per calibro si intende la diagonale.

Quesito 8:

Nei Parametri e criteri di valutazione delle offerte (Allegato L), al punto 2 del lotto 2, cosa si intende per spessore del ricevitore/stimolatore? Si intende la misura dello spessore inclusa del silicone che ricopre lo stesso ricevitore/stimolatore?

Risposta:

Si intende la misura dello spessore con la copertura di silicone.

Trento, 17/07/2019



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Procedure di Gara in Ambito Sanitario -APSS

- dott.ssa Sonia Pinamonti -

In nome e per conto di APAC - ex convenzione di data 28/10/2015

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).