APAC

AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario
Viale Verona, 190/8 – 38123 Trento
P +39 0461 906311
@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it

PAT/RFSPGAS-2020-RDE/ES401149/0000004

Class. 3.5 – Fasc. n. 1676/2019

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati all'oggetto della PEC.

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'affidamento della fornitura in service di sistemi di diagnostici per l'esecuzione degli esami della emoglobina glicata occorrenti al Dipartimento di Laboratorio di APSS - CIG 8167806EB9 – gara telematica n. 88951. – **Nota di chiarimento n. 4**

NOTA DI CHIARIMENTO N. 4

A seguito della richiesta di chiarimento formulata dal concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

Quesito 1
Il Software Gestionale come al Punto E.2 dei <requisiti tecnici necessari> è richiesto per tutti i Centri e con tutte le caratteristiche esposte?

Risposta
Si, è richiesto per tutti i centri, tranne il collegamento da remoto per eventuali interventi di assistenza che è previsto solo per Trento e Rovereto.

Quesito 2
Prego esplicitare se il "Software per la Gestione in conto deposito dei prodotti" è richiesto per un unico Centro (es.Trento) o per ogni singolo laboratorio.

Risposta
E' richiesto per tutti i centri quanto indicato al punto D) lettera "p." del capitolato tecnico.

Quesito 3
In riferimento allo "schema di valutazione tecnica dell'offerta" Punto E3, si chiede cortesemente di chiarire cosa si intende per "confezioni di reagenti e consumabili" ed il metodo di valutazione.

Risposta
E' richiesto di dichiarare il peso delle confezioni (pacchi) con cui viene fornito il materiale (reagenti e consumabili).
(Il metodo di valutazione è indicato al relativo punto E 3 della tabella punteggi nella colonna "modalità di attribuzione punteggio" e dettagliato nei criteri di valutazione delle offerte tecniche e modalità di attribuzione dei punteggi.)

Quesito 4
Si chiede di confermare che la tecnologia proposta non debba necessariamente essere in grado di rilevare la presenza di diverse frazioni emoglobiniche e di quantificarle, di fatto restringendo in questo modo la partecipazione ai soli HPLC o Elettroforesi, ma che in alternativa possa essere offerto un metodo alternativo validato IFCC che, non risentendo di interferenze da parte di altre frazioni emoglobiniche e rendendo di fatto inutile la loro rilevazione e quantificazione, è in grado fornire un valore di HbA1c corretto ed estremamente accurato in tutto il range analitico richiesto per fornire una adeguata diagnosi e cura del diabete.

Risposta

Si ritiene fondamentale poter disporre di un metodo che possa rilevare la presenza delle diverse frazioni emoglobiniche per consentire all'operatore una valutazione della separazione e quantificazione della emoglobina glicata.

Quesito 5
CAPITOLATO TECNICO - Punto E - Requisiti tecnici necessari - E.1) Strumentazione: "Riconoscimento di campioni e reattivi mediante lettura di codice a barre". Si chiede di considerare, per il principio di equivalenza, il riconoscimento dei reattivi attraverso tecnologia RFID (Radio-FrequencyIDentification), come sistema di riconoscimento univoco, a garanzia della tracciabilità e rintracciabilità dei processi.

Risposta

Si, purchè il riconoscimento di campioni e reattivi sia univoco e ne consenta la completa tracciabilità. (Dovrà essere esplicitato che si tratta di una caratteristica equivalente e dettagliare le caratteristiche che la rendono tale).

Quesito 6
Relativamente alla Vostra risposta al Quesito 7 nella quale si legge testualmente “Si ritiene fondamentale poter disporre di un metodo che possa rilevare la presenza delle diverse frazioni emoglobiniche per consentire all’operatore una valutazione della separazione e quantificazione della emoglobina glicata”Si chiede di specificare se fra le “diverse frazioni emoglobiniche”:- dovrà essere rilevata e quantificata anche la frazione HbA2- dovranno essere rilevate anche le più comuni varianti emoglobiniche (HbS, HbC, HbD, HbE) eventualmente presenti nei campioni dovranno essere rilevate anche le forme glicate minori (es HbA1a e HbA1b).

Risposta

Si richiede che il sistema separi l'emoglobina glicata da altre frazioni emoglobiniche per consentire all’operatore una valutazione di tale separazione.
In caso di presenza di varianti emoglobiniche non è necessario che il sistema sia in grado di definire esattamente di che variante si tratta, ma deve consentire all'operatore di identificare la sua presenza e di poter quindi valutare se procedere nel percorso diagnostico.

Trento, 02/03/2020

Il responsabile del procedimento ai sensi della l.p. 23/92:
dott.ssa Giulia Filippi

Il responsabile dell’Ufficio gare europee (servizi e forniture):
dott. Massimiliano Possamai

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Procedure di Gara in Ambito Sanitario -APSS

- dott.ssa Sonia Pinamonti -

In nome e per conto di APAC - ex convenzione di data 28/10/2015

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).