La portata dei sovraccarichi (carichi accidentali) per i solai dei Laboratori interessati alla installazione degli strumenti per gli esami di coagulazione è la seguente:

Laboratori	portata/mq
Trento Alta automazione	300 kg
Trento Trasfusionale	300 kg
Rovereto Patologia Clinica	200 kg
Arco Patologia Clinica	500 kg
Tione Patologia Clinica	300 kg
Borgo Valsugana	300 kg
Cles	300 kg
Cavalese	350 kg

Si tenga altresì conto che gli strumenti richiesti per la gara in oggetto sono in sostituzione degli attuali già presenti nei rispettivi laboratori come evidenziati nel necessario sopralluogo.