



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

 Azienda Provinciale  per i Servizi Sanitari  
 Provincia Autonoma di Trento

TRENTO


 AGENZIA PROVINCIALE PER  
 GLI APPALTI E CONTRATTI
**Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496839

@ spgc-apss@pec.provincia.tn.it

Trento, 19 SET. 2017

 Prot. n Class. 3.5  
 Fasc. 1610/2016  
 Rep. PAT/RFSPGC n 505468  
 (da citare interamente nella risposta)

**Oggetto: Procedura aperta, suddivisa in 12 lotti, per l'affidamento della fornitura, con accordo quadro, di defibrillatori impiantabili, pacemakers ed altri D.M. per elettrofisiologia, occorrenti alle UU.OO. di Cardiologia dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, utilizzabile anche dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.**

**NOTA DI CHIARIMENTO**

A seguito della richiesta di chiarimenti formulata dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto si precisa quanto segue:

**Quesito n. 27:**

In riferimento alla caratteristica tecnica minima del Capitolato Tecnico presente nel Lotto 1 e Lotto 3 in cui viene richiesto un "Peso < 74 g", si chiede di voler considerare una soglia di tolleranza di  $\pm 2$  g in quanto questa circostanza non compromette in alcun modo la funzionalità del dispositivo che rimane identica a quella che potrebbe avere un dispositivo con peso inferiore a 74 g. Si chiede quindi, al fine di consentire la massima partecipazione alla gara, di non escludere dalla partecipazione e successiva valutazione un dispositivo con peso inferiore a  $74 \text{ g} \pm 2 \text{ g}$ .

**Risposta:**

Si conferma la richiesta di capitolato che risulta essere tassativa.

**Quesito n. 28:**

In riferimento alla caratteristica tecnica minima del Capitolato Tecnico presente nel Lotto 1 in cui viene richiesto un "Allarme acustico al raggiungimento dell'ERI", si chiede in virtù del principio di equivalenza di cui all'art. 68, comma 4, del d.lgs. 163/2006, di voler considerare idonei dispositivi dotati di allarme vibrazionale. L'allarme vibrazionale è paragonabile per efficacia all'allarme acustico, offrendo peraltro una efficacia anche superiore nel caso di pazienti ipoudenti.

**Quesito n. 29:**

In riferimento alla caratteristica tecnica minima del Capitolato Tecnico presente nel Lotto 3 e Lotto 5 in cui viene richiesto un "Allarme acustico al raggiungimento dell'ERI e impedenze fuori range", si chiede in virtù del principio di equivalenza di cui all'art. 68, comma 4, del d.lgs. 163/2006, di voler considerare idonei dispositivi dotati di allarme vibrazionale. L'allarme vibrazionale è paragonabile per efficacia all'allarme acustico, offrendo peraltro una efficacia anche superiore nel caso di pazienti ipoudenti.

Provincia autonoma di Trento

Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

**Risposta quesiti n. 28 e 29:**

Si rimanda alla risposta formulata ai quesiti n. 2 e 3, pubblicata in data 07/09/2017 prot. PAT/RFSPGAS n. 0484999 che qui si riporta integralmente:

*"Chiarito che alle Imprese concorrenti è consentito presentare sistemi equivalenti che siano rispondenti alle richieste di Capitolato si tiene a precisare che la prova di detta equivalenza rimane a carico dell'Impresa offerente.*

*La valutazione tecnica circa la conformità/compatibilità dei sistemi proposti rispetto alle caratteristiche/requisiti essenziali richiesti in Capitolato spetterà alla Commissione giudicatrice che verrà successivamente individuata."*

**Quesito n. 30:**

In riferimento alla caratteristica tecnica minima del Capitolato Tecnico presente nel Lotto 5 in cui viene richiesto un "Programmabilità del pacing con possibilità di programmare pacing solo destro e solo sinistro", si chiede di confermare che verranno ritenuti idonei, in quanto clinicamente equivalenti, i dispositivi che permettono di erogare la sola stimolazione sinistra attraverso la programmazione del ventricolo sinistro quale prima camera stimolata e la programmazione dell'ampiezza di stimolazione ventricolare destra sottosoglia a valori prossimi agli 0 V.

**Risposta:**

Si conferma la richiesta di capitolato che risulta essere tassativa.

**Quesito n. 31:**

In riferimento alla caratteristica tecnica minima del Capitolato Tecnico presente nel Lotto 5 in cui viene richiesto un "In caso di impianto di catetere quadripolare per la stimolazione del ventricolo sinistro possibilità di programmare almeno 15 configurazioni diverse di pacing sinistro", si chiede al fine di consentire la massima partecipazione alla gara, di voler considerare idonei dispositivi dotati della possibilità di programmare anche un numero di configurazioni inferiori nel momento in cui questa circostanza non comprometta in alcun modo i benefici clinici correlati all'utilizzo di un elettrocatetere quadripolare. Preme infatti sottolineare che la quasi totalità della letteratura attualmente disponibile che ha dimostrato l'efficacia della stimolazione quadripolare nel minimizzare le principali problematiche all'impianto (stimolazione del nervo frenico, minimizzazione della soglia di stimolazione, miglioramento della risposta alla terapia, etc.) è stata raccolta utilizzando dispositivi con un numero di configurazioni programmabili pari a 10. Si chiede quindi di non escludere dalla partecipazione e successiva valutazione un dispositivo dotato della possibilità di programmare fino a 10 configurazioni di stimolazione diverse di pacing sinistro.

**Risposta:**

Si conferma la richiesta di capitolato che risulta essere tassativa.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Procedure di Gara in Ambito Sanitario - APSS

- dott. Luciano Bocchi -

In nome e per conto di APAC - ex concorsione di data 28/10/2015

Il sostituto del Dirigente  
dott. Massimiliano Possamai